



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2021-07-09 № 112280

танай _____ -ны № _____ -т

**БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төвийн сувилагч нарын ачааллыг бууруулахад шаардлагатай хавсралтад дурдсан суурин даралтын аппарат нийлүүлэх үнийн саналыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, 33 дугаар зүйлийн 33.3-д заасны дагуу 2021 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор tender@nccd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Л.БАТТӨР



My document/2021 alban toot

ХӨСҮТ-ийн 2021 оны 11/28/20 тоот

албан бичгийн хавсралт

УКЕ00153

Багаж хэрэгслийн жагсаалт

Д/д	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нийлүүлэх хугацаа	Техникийн тодорхойлолт
1	Суурин даралтын аппарат	12	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 7-10 хоног	<p>Артерийн дээд, доод даралт болон зүрхний агшилтын тоог хэмжих зориулалттай байна.</p> <ul style="list-style-type: none">- Бугалганд байрлуулдаг байх;- Автоматаар унтрах системтэй байх;- Батарей бага зарцуулдаг байх;- Цаг болон он сар дэлгэцэн дээр гардаг байх;- LCD дэлгэцэн дээр 3 үзүүлэлттэй байх;- Батарейгаар болон цахилгаанд залгаж хэрэглэх боломжтой байх; <p>Үүнд: Цусны дээд болон доод даралтын хэмжээ, зүрхний агшилтын тоо (SYS+DIA+PULSE) орно.</p> <p>120-осс багагүй үзүүлэлтийг хадгалдаг байх;</p> <p>Хэмжээ: 310*257*232 мм орчим байх;</p> <p>Дэлгэцийн хэмжээ: 71*82 мм орчим байх;</p> <p>Жин: 1.8 кг орчим байх;</p>