



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЬН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жуучийн тудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2021. 06. 22 № 5/дөгз.

таний _____-ны № _____-т

Г
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛАГУУДАД

Тус төвийн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасагт нэн шаардлагатай хавсралтад дурдсан дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн саналыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3-д заасны дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.



Л.БАТТӨР
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

ХӨСҮТ-ийн 2021 оны *Нэгж*
албан бичгийн хавсралт

Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт

Д/д	Төхөөрөмжийн нэр	Шаардлагатай техникийн үзүүлэлт		Тайлбар
1	Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгч	Гаралтын урсгалын тохиргоо	0-10 л/мин.	
		Чийгшүүлэх савны усны төвшин	Дээд хэмжээ-230мл, доод хэмжээ 130мл.	
		Хийгдэх материал	Хатуу биетээр хийгдсэн, гуурс холбогдох хэсэг бат бөх байх.	
		Ажлын даралт	0-0,6мПа.	
		Холболт	2 сэргэн бүхий хүчилтөрөгчийн эр холболттой	
		Стандарт	СЕ болон TUV стандарт хангасан байх.	
2	Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгч /иж бүрдэл/		11 ширхэг	
3	Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгч		9 ширхэг	

Жич: Шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тус төвийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасгаас тодруулах. Утас: 88008628