



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ  
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,  
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,  
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,  
<http://www.nccd.gov.mn>

2021.07.09 № 1/2280

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-Т

**БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН  
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төвийн сувилагч нарын ачааллыг бууруулахад шаардлагатай хавсралтад дурдсан суурин даралтын аппарат нийлүүлэх үнийн саналыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, 33 дугаар зүйлийн 33.3-д заасны дагуу 2021 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор [tender@nccd.gov.mn](mailto:tender@nccd.gov.mn) цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Л.БАТТӨР

My document/2021 alban toot

ХӨСҮТ-ийн 2021 оны 11 дугаар тоот  
албан бичгийн хавсралт



Багаж хэрэгслийн жагсаалт

Д/д	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нийлүүлэх хугацаа	Техникийн тодорхойлолт
1	Суурин даралтын аппарат	12	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 7-10 хоног	Артерийн дээд, доод даралт болон зүрхний агшилтын тоог хэмжих зориулалттай байна. - Бугалганд байрлуулдаг байх; - Автоматаар унтрах системтэй байх; - Батарей бага зарцуулдаг байх; - Цаг болон он сар дэлгэцэн дээр гардаг байх; - LCD дэлгэцэн дээр 3 үзүүлэлттэй байх; - Батарейгаар болон цахилгаанд залгаж хэрэглэх боломжтой байх; Үүнд: Цусны дээд болон доод даралтын хэмжээ, зүрхний агшилтын тоо (SYS+DIA+PULSE) орно. 120-оос багагүй үзүүлэлтийг хадгалдаг байх; Хэмжээ: 310*257*232 мм орчим байх; Дэлгэцийн хэмжээ: 71*82 мм орчим байх; Жин: 1.8 кг орчим байх;